SFTvh 1501

Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem konwekcyjnym

LIEBHERR | Perfection



No Frost | LED | Touch & Swipe Display | Smart Monitoring

Wariant: 001 20

Pojemność brutto/netto łącznie
103/59 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
597/605/819

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
380/330/600

Zużycie energii w ciągu 365 dni
187 kWh [1]

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
280 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 600a

Poziom głośności w dB
40 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50/60 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczny

Metoda odszraniania
odszranianie automatyczne

Zakres temperatury
-9 °C do -35 °C

Gradient / max. Fluktuacja
3,2 °C [3] / 3,9 °C [4]

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / kolor
stal / biały

Dane wg karty producenta z 02.01.2025. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SFTvh 1501 | Perfection | 001 20

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	LED
Materiał półek	szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	380 / 266
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Maksymalny załadunek łącznie	120 kg
Szuflady	3
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	42/39 kg
Kod EAN	9005382268674

[1] Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
[3] Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru. [4] Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 02.01.2025. Zastrzeżono możliwość zmian.